

Hoài Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2022

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, sửa chữa TTBYT.

- Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Căn cứ nhu cầu của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống chụp cộng hưởng từ nam châm vĩnh cửu (hệ thống MRI) ( Model: MAGNETOM C) đang sử dụng tại đơn vị.

Nội dung bảo trì, bảo dưỡng như sau:

TT	Nội dung bảo trì	Yêu cầu	Số lần thực hiện
01	ECA Cabinet	- Kiểm tra, bảo trì tấm lọc bụi và lọc khí của ECA	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
02	ICS	- Kiểm tra bảo trì đường nước của ICS. - Kiểm tra bảo trì tấm lọc khí. - Vệ sinh bộ lọc của đường nước ở ICS	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
03	Patient table (Bàn bệnh nhân)	- Kiểm tra và điều chỉnh sự di chuyển của bàn bệnh nhân theo trục X. - Kiểm tra và điều chỉnh sự di chuyển của bàn bệnh nhân theo trục Z. - Kiểm tra và điều chỉnh độ căng của dải chần. - Kiểm tra và điều chỉnh vị trí của Encoder.	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)

TT	Nội dung bảo trì	Yêu cầu	Số lần thực hiện
04	Phantoms	- Kiểm tra phantom	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
05	RF room door (cửa phòng RF)	- Kiểm tra bảo trì cửa phòng RF. - Kiểm tra bảo trì ổ khóa của phòng RF.	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
06	TFT monitor (màn hình TFT)	- Kiểm tra và điều chỉnh thông số màn hình TFT	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
07	Vacuum pump (comfort kit option)	- Kiểm tra, bảo trì bộ lọc cho bơm chân không .	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
08	Software (Phần mềm)	- Xóa các file lưu lịch sử lỗi của máy. - Lưu lại thông số cài đặt.	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
09	Quality Assurance (Chất lượng hình ảnh)	- Kiểm tra cân chỉnh chất lượng hình ảnh của hệ thống. - Kiểm tra cân chỉnh chất lượng các cuộn thu.	định kỳ 3 tháng/ lần (04 lần/ năm)
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hỗ trợ miễn phí xử lý sự cố đột xuất <math>\geq 04</math> lần/01 năm.</li> <li>- Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại 24/7 cho người sử dụng .</li> </ul>		

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

**Phòng Văn Thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn**

**Địa chỉ: 202 Quang Trung - F. Bồng Sơn - TX. Hoài Nhơn- Bình Định.**

**Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 21/02/2022 đến hết 14 giờ ngày 28/02/2022.**

**Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 ngày 28/02/2022.**

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

- a. Yêu cầu: Bảo trì, bảo dưỡng trọn gói thời hạn 01 năm theo 10 nội dung yêu cầu trên.

- b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế, phí các loại và chi phí Kỹ sư đi lại ăn ở để thực hiện công việc tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.
- c. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày chào giá.

**Ngoài bì cần ghi rõ:**

**“Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống MRI không mở trước 14 giờ ngày 28/02/2022”**


Xin cảm ơn sự quan tâm của Quý Công ty/Cơ sở kinh doanh.

Trân trọng kính chào!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT-TTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Gia Vy**