

Hoài Nhơn, ngày 23 tháng 6 năm 2022

## THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh TTBYT

- Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bông Sơn.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn kính mời các Công ty/Cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện, cụ thể như sau:

TT	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Phân nhóm (TT 14)	Số lượng
1	<b>Hệ thống nội soi tai mũi họng</b> Model: MB-50 Hãng sản xuất: Công Ty TNHH Máy Y Tế Nam Việt Xuất xứ: Việt Nam	<b>1. Yêu cầu chung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy mới 100%</li><li>- Năm sản xuất: Năm 2021 về sau</li><li>- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO13485;</li><li>- Nguồn điện cung cấp: 220 VAC; F 50Hz.</li><li>- Môi trường hoạt động: máy phải hoạt động bình thường ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C và độ ẩm <math>\geq 80\%</math></li><li>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</li><li>- Tài liệu kỹ thuật cho bảo trì bảo dưỡng; sửa chữa: 01 bộ</li></ul> <b>2. Cấu hình:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Camera nội soi</li><li>- Bộ xử lý hình ảnh nội soi</li><li>- Nguồn sáng</li><li>- Dây dẫn sáng</li><li>- Ống nội soi mũi tai</li><li>- Ống nội soi họng</li><li>- Màn hình hiển thị 24"</li></ul>	Nhóm 5	01 Hệ thống

TT	Tên thiết bị	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Phân nhóm (TT 14)	Số lượng
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xe để máy</li> <li><b>3. Thông số kỹ thuật:</b></li> <li>- Cảm biến ánh sáng 1/3 inch Sony CCD</li> <li>- Độ phân giải 440,000 pixels</li> <li>- Điều chỉnh màu Red / Blue gain</li> <li>- Cân bằng trắng WB</li> <li>- Nguồn điện AC220V/50Hz</li> <li>- Video out Composite: AV 1 / AV 2</li> <li>- Nguồn cung cấp ánh sáng LED</li> </ul>		
2	<p><b>Máy điện não</b>  Model: KT88  Hãng sản xuất:  Contec Medical  Systems Co., Ltd;  Nước sản xuất:  Trung Quốc</p>	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Máy mới 100%</li> <li>- Năm sản xuất: Năm 2021 về sau</li> <li>- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn: ISO13485;</li> <li>- Nguồn điện cung cấp: 220 VAC; F 50Hz.</li> <li>- Môi trường hoạt động: máy phải hoạt động bình thường ở nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C và độ ẩm <math>\geq 80\%</math></li> <li>- Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt: 01 bộ</li> <li>- Tài liệu kỹ thuật cho bảo trì bảo dưỡng; sửa chữa: 01 bộ</li> </ul> <p><b>2. Cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ khuếch đại: 01 cái</li> <li>- Đèn Flash: 01 cái</li> <li>- Giá đỡ bộ khuếch đại: 01 cái</li> <li>- Giá đỡ đèn Flash: 01 cái</li> <li>- Mũ đội: 02 cái</li> <li>- Điện cực: 01 bộ</li> <li>- Kẹp tai: 02 cái</li> <li>- Dây nối điện não: 18 dây</li> <li>- Dây nối kẹp tai: 02 dây</li> <li>- Dây tiếp đất: 01 dây</li> <li>- Dây nối USB: 02 dây</li> <li>- Nguồn đèn Flash: 01 cái</li> <li>- Bộ máy tính (mua tại Việt Nam): 01 bộ</li> <li>- Máy in màu (mua tại Việt Nam): 01 máy</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul>	Nhóm 6	01 Máy

### Các điều kiện cung cấp khác như sau:

#### a. Yêu cầu:

- Phân nhóm trang thiết bị y tế theo TT14 (Kèm theo các văn bản phù hợp với phân nhóm của thiết bị);
- Bảng phân loại trang thiết bị y tế.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B;C;D.
- Giấy ủy quyền phân phối trang thiết bị y tế.
- Cataloge của thiết bị;
- Thời gian bảo hành:  $\geq 12$  tháng, trong thời gian bảo hành: kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 03 tháng một lần.

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thành thạo tại đơn vị sử dụng.

c. Cam kết: Các dịch vụ sau bảo hành: cung ứng phụ kiện thay thế sửa chữa sau bảo hành  $\geq 10$  năm.

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

đ. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng, nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

**Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn**

**202 Quang Trung – P. Bông Sơn – TX. Hoài Nhơn- T. Bình Định.**

*Ngoài bì cần ghi rõ:*

***“Báo giá Hệ thống nội soi tai mũi họng và máy điện não,  
không mở trước 15 giờ 00 ngày 30/6/2022”***

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 23/6/2022 đến hết 15 giờ 00 phút ngày 30/6/2022.

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 20 phút ngày 30/6/2022.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng TTTĐT BV;
- Lưu: VT-TTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Gia Vy**