

Số : /BV-VTTTB
V/v chào giá Bóng đèn Diaphragm
dùng cho máy X-Quang

Hoài Nhơn, ngày tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế

- Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bông Sơn.

- Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá Bóng đèn Diaphragm dùng cho máy X-Quang. Cụ thể như sau:

STT	Tên mặt hàng	ĐVT	Số lượng
01	Bóng đèn Diaphragm dùng cho máy X-Quang Loại bóng đèn Halogen Điện áp: 24V Công suất: 150W Chân rắc cắm: 2 chân rắc cắm tròn	Cái	10

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu : Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2021 trở về sau, đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật.

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại kho Phòng VT-TTBYT.

c. Thời gian bảo hành: theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

đ. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc không phù hợp với Máy X-Quang hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn

Địa chỉ: 202 Quang Trung – P.Bông Sơn – TX.Hoài Nhơn – T.Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ: ***“Báo giá Bóng đèn Diaphragm dùng cho máy X-Quang, không mở trước 14 giờ 20 ngày 18/8/2022”***.

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 11/8/2022 đến 14 giờ 00 phút ngày 18/8/2022.

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 18/8/2022.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám Đốc
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VT-TTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy