

Số: /BV-VTTTB
V/v yêu cầu báo giá thiết bị
thăm dò chức năng

Hoài Nhơn, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm một số thiết bị thăm dò chức năng phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 13 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 24 tháng 7 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị y tế theo Phụ lục 1 đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

Địa điểm cung cấp: giao, kiểm nhập hàng tại Kho Phòng VT-TBYT, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Địa điểm lắp đặt: lắp đặt tại các Khoa sử dụng thiết bị trong Bệnh viện.

Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 45 ngày kể từ ngày ký quyết định trúng thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.
- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác:

Hồ sơ báo giá bao gồm:

- a. Báo giá theo mẫu Phụ lục 2 đính kèm.
- b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy về địa chỉ của Bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I - Yêu cầu báo giá).

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Y tế Bình Định (b/c);
- Ban Giám Đốc;
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Gia Vy

Phụ lục 1:
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Công văn số /BV-VTTBYT ngày /7/2023
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy điện não	I. Cấu hình cung cấp - 01 bộ thu và khuếch đại tín hiệu - 01 đèn flash - 01 bộ điện cực cài - 01 bộ đổi nguồn cho đèn flash - 02 mũ lưới cao su - 02 chân đỡ đèn flash và bộ thu tín hiệu - 01 bộ dây cáp tín hiệu - 02 dây USB nối với CPU máy tính - 01 đĩa phần mềm - 01 bàn đặt máy - Trạm xử lý hình ảnh: 01 bộ máy tính, 01 máy in - Tài liệu HDSD Anh-Việt: 01 bộ II. Tính năng và thông số kỹ thuật: - Điện não 19 kênh (EEG 19 kênh), 5 kênh đa thông số - Tốc độ lấy mẫu: $\geq 200\text{Hz}$ - Chuyển đổi A/D: 12 bits - Trở kháng vào: $\geq 10\text{M}\Omega$ - Dòng dò: $< 10\mu\text{A}$ - Độ nhiễu: $\leq 5\mu\text{Vp-p}$ - CMRR: $\geq 90\text{dB}$ - Độ phóng đại: ≥ 10.000 lần - Tốc độ hiển thị: 5, 10, 15, 30, 60, 120mm/s - Biên độ: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 30, 50nm/50μV - Tốc độ phát lại: 1 lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 20 lần, 40 lần, 60 lần. - Tự động thu nhận và ghi kết quả EEG	01	Cái

		liên tục trong 24h - Hệ thống cách điện kép điều khiển an toàn tuyệt đối. - Hệ thống đo tự động. - Biểu thị kết quả thu được bằng nhiều màu sắc khác nhau. - Có thể kết nối các điện cực. - Thiết bị kích thích đèn tín hiệu (đèn flash) - Có thể hiển thị nhiều kiểu trên cùng một màn hình. - Tất cả các kiểu ảnh xạ hình ảnh và các kiểu đồ thị phóng to. - Hệ thống quản lý dữ liệu hoàn thiện. - Phân tích và tập hợp tham số tự động.		
2	Hệ thống nội soi TMH	I. Cấu hình cung cấp: - Camera nội soi độ phân giải full HD: 01 cái - Bộ xử lý hình ảnh nội soi tích hợp nguồn sáng led: 01 cái - Cáp kết nối: 01 cái - Dây dẫn sáng dài $\geq 2\text{m}$: 01 cái - Ống nội soi mũi tai đường kính 4mm, góc soi 0 độ, dài 175mm: 01 cái - Ống nội soi họng đường kính 4mm, góc soi 70 độ, dài 175mm: 01 cái - Xe đẩy nội soi: 01 cái - Màn hình hiển thị chuyên dụng : 01 cái - Bộ máy tính trả kết quả: 01 bộ - Máy in màu trả kết quả: 01 cái - Tài liệu HDSD Anh-Việt: 01 bộ II. Tính năng và thông số kỹ thuật: - Độ phân giải 1920x1080 pixels - Điều chỉnh màu Red/Blue gain - Cân bằng trắng WB tự động - Phóng to thu nhỏ hình - Nút dừng hình trên thân camera	01	Hệ thống

		- Ngõ ra video: 1xHDMI / 1x AV - Nguồn cung cấp ánh sáng led 80W - Hiển thị cường độ sáng - Điều chỉnh cường độ sáng - Chuẩn cắm: Volf/ Storz - Nhiệt độ màu: 6500K - Tuổi thọ bóng led: khoảng 50.000h - Nguồn điện AC 220v/50Hz		
3	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng	I. Cấu hình cung cấp gồm: - Màn hình màu TFT ≥ 7 inch - 01 bộ đầu dò đo tim thai - 01 đầu dò đo cơn go tử cung - 01 bút nút bấm đánh dấu kèm cáp kết nối: - Máy in gắn theo máy: 01 cái - Pin gắn theo máy: 01 cái - 01 giấy in - 01 gel siêu âm - Dây đai: ≥ 02 cái - Dây nguồn: 01 cái - Tài liệu HDSD Anh-Việt: 01 bộ II. Tính năng và thông số kỹ thuật: 1. Nguồn - Nguồn cung cấp: 100-240VAC, 50/60Hz, khoảng 80VA - Ngõ ra: DC + 15V 3.0A - Pin: pin xạc li-ion: +11.1V, 4.400mAh 2. Đầu dò siêu âm: - Đầu dò đa tinh thể - Doppler xung - Tần số siêu âm: 2.0MHz - Cường độ: $< 10\text{mW/cm}^2$ - Phạm vi FHR 50-240bpm - Độ chính xác $\pm 2\%$ - Doppler đôi - Chống thấm nước (IPX7) 3. UC - Loại bên ngoài	02	Cái

		- Tần số đáp ứng: DC ~ 0.5Hz - Điều khiển giá trị Zero - Phạm vi đo: 0 ~ 99 unit - Chống thấm nước: IPX7 4. Chức năng - Nhiều kiểu màn hình: 03 kiểu - Chức năng đánh dấu - Đứng hình, UC reference 5. FM (Fetal Movement) - Phương pháp dò: siêu âm - Chuyển động song thai 6. Hiển thị - Màn hình màu: $\geq 7''$ TFT - Độ phân giải: 480 x 234 - Nhịp tim - Trạng thái in - Tốc độ in: 1, 2, 3 cm/ phút - Tự động in: 10, 20, 30, 40, 50, 60 cm/ phút - Chỉ thị: nguồn điện & nguồn pin – Led - Báo động ON/ OFF bằng Led		
--	--	--	--	--

Phụ lục 2:
Mẫu báo giá
(Kèm theo Công văn số /BV-VTTBYT ngày /7/2023 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số /BV-VTTBYT của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, chúng tôi....*[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày ... tháng... năm...*[ghi ngày....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu nêu tại cột Danh mục của Phụ lục 1 Danh mục Thiết bị y tế

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột Danh mục của Phụ lục 1 Danh mục Thiết bị y tế

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Bảng mô tả tại Phụ lục 1 – Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu vào báo giá.