

Số: /BV-VTTBYT

Hoài Nhơn, ngày tháng 3 năm 2025

V/v yêu cầu báo giá
kính hiển vi 2 mắt

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá “Kính hiển vi (Kính hiển vi 2 mắt) phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, P. Bồng Sơn, TX. Hoài Nhơn, T. Bình Định

Ngoài bì bắt buộc ghi rõ: “Báo giá thiết bị y tế Kính hiển vi (Kính hiển vi 2 mắt), không mở trước 10h00 ngày 08 tháng 4 năm 2025”

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28 tháng 3 năm 2025 đến trước 10h00 ngày 08 tháng 4 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục thiết bị, đặc điểm thông số kỹ thuật và số lượng:

STT	Tên thiết bị	Cấu hình, đặc điểm, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Kính hiển vi (Kính hiển vi 2 mắt)	I. YÊU CẦU CHUNG - Chất lượng máy: mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau.	Cái	02

		- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương. - Nguồn điện: AC 220V-240V, 50/60Hz - Môi trường hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động 10°C – 40°C. + Độ ẩm hoạt động 30% - 75%. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bảo dưỡng: (Tiếng Anh và tiếng Việt): 01 bộ. II. YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH Loại kính hiển vi hai mắt Cấu hình: - Thân kính hiển vi: 01 cái - Thị kính 10X: 02 cái. - Vật kính phẳng chống mốc 4X: 01 cái - Vật kính phẳng chống mốc 10X: 01 cái - Vật kính phẳng chống mốc 40X: 01 cái - Vật kính phẳng chống mốc 100X: 01 cái - Dầu soi: 01 lọ - Túi phủ kính: 01 cái - Dây điện nguồn: 01 cái III. YÊU CẦU VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT: - Hệ thống quang học vô cực. - Đầu quan sát hai thị kính. Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đồng tử $\geq (48 - 75\text{mm})$. Có vòng chỉnh độ diop phù hợp với từng người quan sát. - Thị kính chống mốc 10X, góc nhìn $\geq 30^\circ$, mỗi thị kính có điều chỉnh độ Diop. - Ổ gắn vật kính dạng mâm xoay 360°, có 4 vị trí lắp vật kính.		
--	--	---	--	--

		- Vật kính phẳng chống mốc 4X/ độ mờ 0.10 - Vật kính phẳng chống mốc 10X/ độ mờ 0.25 - Vật kính phẳng chống mốc 40X/ độ mờ 0.65 - Vật kính phẳng chống mốc 100X Oil/ độ mờ 1.25 - Độ phóng đại ≥ 1000 lần - Bàn để mẫu có bộ phận giữ mẫu và dịch chuyển mẫu theo hai chiều X-Y. - Núm chỉnh di chuyển loại đồng trục bố trí bên phải. Hành trình di chuyển mẫu: $X \times Y \geq (76 \times 30)\text{mm}$. - Hộp tụ quang dùng cho kỹ thuật trường sáng, có ≥ 6 mức độ điều chỉnh màn chắn sáng, có núm dịch chuyển hộp tụ quang lên xuống. - Nguồn sáng đèn LED, công suất ≥ 0.5 W, tuổi thọ ≥ 20.000 giờ. - Điều chỉnh tiêu cự tinh/ thô nhẹ, dễ dàng; giới hạn điều chỉnh tiêu cự ≥ 15 mm. Độ chính xác của điều chỉnh tiêu cự tinh là $\geq 2.5\mu\text{m}$. Điều chỉnh tinh ≥ 0.3 mm/vòng quay. - Khóa tiêu cự bảo vệ vật kính và mẫu tránh các tác động bên ngoài gây hỏng.		
--	--	--	--	--

2. Các yêu cầu:

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Giá cả: Đơn giá trong bảng chào giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.
- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Khoa Xét nghiệm;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Cổng thông tin Bộ Y tế
(<https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Công Định